

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Farabi Hastanesi	<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)</b> <b>Başhekimliği</b>			
	<b>KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI ATIK YÖNETİMİ TALİMATI</b>			
<b>Dok. Kodu: BL.TL.07</b>	<b>Yayın Tarihi:20.04.2022</b>	<b>Revizyon Numarası:01</b>	<b>Revizyon Tarihi:20.09.2024</b>	<b>Sayfa Sayı:2</b>

## 1.0 AMAÇ

KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarındaki atıkların uygun olarak toplanmasını sağlamak.

## 2.0 KAPSAM

KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarındaki atıkların uygun şekilde toplanması ve atılması faaliyetlerini ve kurallarını kapsar.

## 3.0 KISALTMALAR

**KTÜ:** Karadeniz Teknik Üniversitesi

## 4.0 TANIMLAR

## 5.0 SORUMLULAR

Klinik biyokimya laboratuvarı çalışanları

## 6.0 FAALİYET AKIŞI

Klinik biyokimya laboratuvarında oluşan evsel atıklar, tıbbi atıklar ve ambalaj atıkları uygun renkteki çöp torbalarına atılmalıdır.

### **Kırmızı (Tıbbi Atık) Torbasına Atılacaklar**

- Laboratuvar atıkları (Gaita ve balgam kapları)
- Kan ve kan ürünleri, bunlarla kontamine olmuş nesnelere
- Kullanılmış ameliyat giysileri
- Diyaliz atıkları
- Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
- Süturlar
- Enjektörler (UCU ÇIKARILMIŞ)
- İdrar torbası ve bağlantıları (İÇİ BOŞALTILMIŞ)
- Kontamine araç ve gereçler, kullanılmış eldiven, serum setleri, maskeler

### **Kesici – Delici Alet Kutusuna Atılacaklar**

- Enjektör iğne uçları
- Vacutaner iğne uçları
- Lansetler
- Lamlar
- Lameller
- Cam vs kırıkları
- Kontamine ampüller

### **Mavi (Ambalaj Atıkları) Çöp Torbasına Atılacaklar**

- Kâğıt
- Serum ve ilaç şişeleri (KONTAMİNE OLMAYAN)
- Karton
- Metal malzemeler
- Plastik
- Cam
- Mukavva
- Alüminyum folyo ve kutula

### **Siyah (Evsel Atık) Çöp Torbasına Atılacaklar**

- Yitecek atıkları
- Mutfak atıklar

- Depo atıkları
- Tehlikeli ve tıbbi olmayan geri dönüşümsüz atıklar
- Miadı geçmiş olan kitler mavi renkli atık bidonlarına atılmaktadır. Bu kitlerin imhası hastane atık birimi tarafından yapılmaktadır.
- Miadı geçmiş olan kalite kontrol numuneleri ve kalibratörler serum bazlı olduğu için tıbbi atık torbasına atılmaktadır.